

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ
VIỆT NAM- CU BA

Số: 478 /VNCB-VTTBYT

V/v mời chào giá Vật tư tiêu hao
thông thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Vật tư tiêu hao thông thường với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Ds. Vương Thị Thúy Phương Điện thoại: 024. 39393258
 - Địa chỉ email: phongvttbytvncb@gmail.com
 - Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:...

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

Địa chỉ: số 37 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 09 năm 2023 đến trước 16h ngày 04 tháng 10 năm 2023.

Các đơn vị có thể gửi báo giá tham dự một hoặc nhiều mặt hàng.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư tiêu hao thông thường (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
-----	----------	--	-------------------------	----------------

		tin liên quan về kỹ thuật		
1	Vật tư sử dụng trong nha khoa răng hàm mặt.	Mô tả cụ thể tại phụ lục đính kèm	01	Gói

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba.

- Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày ký.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký

5. Các thông tin khác .

Các đơn vị tham gia báo giá gửi kèm:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh, Báo giá (đã bao gồm phí, lệ phí, VAT....)

- Các đơn vị phải cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu đã cung cấp.

- Các đơn vị chào giá theo biểu mẫu của Thông tư 14/2023/TT-BYT (Với những báo giá không đúng biểu mẫu sẽ bị loại).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT,VTTBYT

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Long

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Đính kèm theo mời chào giá ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

STT	Danh mục thiết bị y tế	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bàn chải đánh tay PT	12 cái/ hộp	Sử dụng để làm sạch tay của bác sĩ hoặc nhân viên phòng mổ trước khi phẫu thuật. - Bàn chải nhựa - Lòng mềm mại	Cái	50
2	Bàn cực trung tính cho dao mổ điện dùng một lần	Hộp 50 cái	Hydrogel rất mềm tốt cho da và tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân và tạo thuận lợi cho tiếp xúc bàn cực hiệu quả hơn. • Trở kháng tiếp xúc da thấp đảm bảo điện trở càng mát càng tốt khi sử dụng. • Độ dính mép tăng cường cung cấp thêm độ an toàn nếu điện cực trung vô ý bị đẩy hay tiếp xúc với các dung dịch chuẩn bị. Loại chia đôi dùng cho người lớn RS25: diện tích dẫn điện 118 cm ² , cân nặng bệnh nhân lớn hơn 15 kg ; Loại chia đôi dùng cho trẻ em: diện tích dẫn điện 66 cm ² , cân nặng bệnh nhân 5-15 kg.	Cái	200
3	Băng chun 3 inch	Thùng 40 cuộn	Kích thước (7,5cm x 4,5m);Sợi polyester, spandex và cotton, có kiểm tra vi sinh (giới hạn vi sinh hiếu khí ≤ 100 cfu/g, men và nấm mốc ≤ 10 cfu/g, không có Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacteria)	Cuộn	100
4	Băng chun 4 inch	Thùng 30 cuộn	Kích thước (10cm x 4,5m);Sợi polyester, spandex và cotton, có kiểm tra vi sinh (giới hạn vi sinh hiếu khí ≤ 100 cfu/g, men và nấm mốc ≤ 10 cfu/g, không có Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacteria)	Cuộn	350
5	Băng chun 6 inch		Kích thước (6inch x 460cm) Sử dụng trong trường hợp gãy xương, sau phẫu thuật, điều trị xương khớp	Cuộn	40

6	Băng cuộn 10cm x 5m	Túi 10 cuộn	Kích thước: 10cm x 5m Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngấm nước ≥ 5 gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $< 0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $\geq 80\%$ +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP; Chứng nhận CE	Cuộn	200
7	Băng dính lụa 5cm x 5m	Hộp 6 cuộn	Nền 100 % sợi cellulose acetate đánh thành cuộn. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Tiêu chuẩn CE, Medical device 92825. đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Nguyên liệu các nước G7, Lõi nhựa liền cánh bảo vệ	Cuộn	1600
8	Băng keo thử nhiệt độ háp ướt	Cuộn 5500cm	Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn. Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học.	Cuộn	100
9	Băng vải mềm co giãn dạng cuộn 10cm x 10m	Hộp 1 cuộn	Băng keo cuộn co giãn Nền sợi Polyester , màu trắng. Lớp keo nhũ tương Acrylic phủ đều , lực dính 1.1-4.3N/cm, Thấm hơi nước Min1000g/m ² /24 giờ. Chứng nhận Medical device 92825	Cuộn	5
10	Bao đo huyết áp người lớn	Túi 1 cái	Bao đo huyết áp người lớn dùng cho máy theo dõi bệnh nhân. Chu vi bắp tay 27,5 đến 36, 5 cm	Cái	17
11	Bao đo huyết áp trẻ em	Túi 1 cái	Bao đo huyết áp trẻ em dùng cho máy theo dõi bệnh nhân. Chu vi bắp tay 13,8 đến 21,5 cm	Cái	17
12	Bộ đo huyết áp ké	Hộp 1 bộ	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai	Bộ	10
13	Bơm tiêm nhựa 10 ml	Hộp 100 cái	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25Gx1"; 23Gx1". Pít tông có khía bề gãy để hùi sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, khử trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP	Cái	37000

14	Bơm tiêm nhựa 1ml	Hộp 100 cái	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25Gx1"; 25Gx5/8"; 26Gx1". Pít tổng có khóa bê gậy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, khử trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP	Cái	4000
15	Bơm tiêm nhựa 20ml	Hộp 50 cái	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml, cỡ kim 23Gx1". Pít tổng có khóa bê gậy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, khử trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP	Cái	27000
16	Bơm tiêm nhựa 5ml	Hộp 100 cái	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25Gx1"; 25G*5/8; 23Gx1". Pít tổng có khóa bê gậy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, khử trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP	Cái	106000
17	Bông cắt vô trùng 2x2cm	Túi 50 gói	Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên dùng trong y tế. Chứng chỉ ISO 13485:2012.	Gói	900
18	Bông hút nước	1kg/túi	Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị to và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước <= 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước: <= 0,5%; Độ ẩm: <= 8%; Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III.	Kg	140
19	Chi khâu Catgut cỡ 3/0 kim tam giác	Hộp 24 sợi	Chi Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừ hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn Ultraglyde	Sợi	960
20	Chi khâu Catgut cỡ 3/0 kim tròn	Hộp 24 sợi	Chi Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừ hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat	Sợi	960
21	Chi khâu Catgut cỡ 4/0 kim tam giác	Hộp 24 sợi	Chi tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm	Sợi	120

22	Chi khâu Catgut cỡ 4/0 kim tròn	Hộp 24 sợi	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	Sợi	48
23	Chi khâu Catgut cỡ 5/0 kim tam giác	Hộp 24 sợi	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 12 mm	Sợi	144
24	Chi khâu không tiêu Nylon 3/0	Hộp 24 sợi	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm	Sợi	120
25	Chi khâu không tiêu Nylon 4/0	Hộp 24 sợi	Chi Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.	Sợi	1008
26	Chi khâu không tiêu Nylon 5/0	Hộp 24 sợi	Chi Carelon (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Sợi	1968
27	Chi khâu không tiêu Nylon 9/0	Hộp 12 sợi	Chi không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 9/0, dài 15 cm, kim tròn 3/8c, dài 5 mm	Sợi	24
28	Chi khâu Polyglactin 910 - Vicryl 3/0	Hộp 12 sợi	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bao phủ bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium stearat, số 3/0, sợi dài 75cm, 1 kim tròn đầu tròn SH Plus, kim dài 26mm, độ cong kim khoảng 1/2 đường tròn, thân kim có rãnh giúp kim kẹp kim cố định, không trơn trượt và xoay kim, kim được bao phủ bởi Silicone. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Chi được đóng gói trong khay nhựa sau đó đặt trong foil kim loại giúp chỉ không bị xoắn rối và dễ dàng lấy ra.	sợi	360
29	Chi khâu Polyglactin 910 - Vicryl 4/0	Hộp 12 sợi	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH-2 Plus bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 20 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. .Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS	Sợi	3300

30	Chỉ khâu Polyglactin 910 - vicryl 5/0	Hộp 12 sợi	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 5/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn RB-1 Plusbằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 17 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS.	Sợi	1608
31	Chỉ thị hóa học đa thông số dùng đồ vải	Hộp 240 test	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn là thời gian và nhiệt độ - Thanh giấy có chất chỉ thị hóa học, thay đổi màu, có thể viết lên trên bề mặt 	test	480
32	Chỉ thị hóa học đa thông số dùng kim loại	Gói 500 cái	<ul style="list-style-type: none"> - Đặt bên trong gói dụng cụ để xác định tiệt khuẩn hơi nước đạt hay không - Kiểm soát đồng thời 3 thông số thời gian, nhiệt độ, áp suất đạt hay không - Kích thước 5.1cm x 1.9cm 	Gói	2
33	Cốc mẫu	Túi 500 cái	Cốc đựng huyết thanh nhọn đáy; có nắp đậy	Cái	1500
34	Cốc súc miệng	Túi 1000 cái	Cốc súc miệng làm bằng chất liệu nhựa, nhỏ gọn dễ sử dụng	Cái	36000
35	Đầu Canyl mayo (các cỡ)	50 cái/ hộp	<p>Chất liệu nhựa y tế tốt dẻo, độ cong thích hợp. Tron láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất.</p> <p>Kích cỡ: số 0: 60mm; số 1: 70mm; số 2: 80mm; số 3: 90mm; số 4: 100mm. Thời hạn sử dụng 5 năm. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012</p>	Cái	50
36	Đầu côn vàng	Túi 1000 cái	- Làm bằng nhựa, màu vàng- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	7000

37	Dây hút nhớt các cỡ	Túi 1 cái	Catheter hút đàm nhớt bao gồm ống dây vật liệu nhựa mềm và co nối có van khóa kiểm soát. Đầu xa tròn mềm mịn với 2 lỗ dẫn lưu so le nhau hiệu quả hút dịch và thoát mủi cho bệnh nhân. Mã hóa màu co nối khác nhau theo size Các size: 6FG (OD=1.98mm), 8FG (OD=2.65mm); 10FG (OD=3.35mm); 12FG (OD=4.00mm); 14FG (OD=4.65mm) Vô trùng EO, không latex, không DEHP Tiêu chuẩn ISO, CE	Cái	2000
38	Dây máy hút dịch dùng nhiều lần	Túi 1 cái	Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có lỗ, có tính đàn hồi cao, giúp thuận tiện khi thao tác. Màu trắng tự nhiên dễ quan sát, được tiệt trùng bằng EOG. Hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 134 độ C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	50
39	Dây nối bơm tiêm điện	Hộp 100 cái	Chất liệu PVC y tế trong suốt, không độc tố. Kích thước I.D 1.0mm, chiều dài các cỡ 150cm, 140cm, 75cm. Đã tiệt trùng, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485	Cái	300
40	Dây thở oxy 2 nhánh	Túi 1 cái	Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, dây mềm, có chiều dài 2.200 mm, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Tiệt trùng bằng băng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi.	Cái	480
41	Dây truyền dịch	Túi 25 bộ	Thông số về kim truyền: Dây truyền dịch 20 giọt kèm kim 21G, 22G, 23G,24G, 25G. Sử dụng kim chất lượng cao. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không có gờ sản xuất từ nguyên liệu thép không gỉ, không bị cặn trong. Có nắp bảo vệ kim truyền. Thông số về dây dẫn ống mềm: băng nhựa dẻo PVC nguyên sinh trong suốt, đàn hồi cao không gây gập làm tác ghẽn dịch truyền, không có chất DEHP sử dụng nhựa dùng trong y tế, thân thiện với môi trường Chiều dài của dây 1700mm, đường kính trong 3mm, đường kính ngoài của dây 3.8mm. Ống cứng truyền dịch: Ống cứng nhựa nhon để dàng đâm thủng túi truyền/ nút chai caosu chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, đầu nhựa có lỗ thông hơi có nắp bảo vệ. Bộ phận nhỏ giọt, bầu nhỏ giọt: Bầu nhỏ giọt thể tích chứa 9 ml có màng lọc dịch. Bầu nhỏ giọt sử dụng nhựa ABS nguyên sinh mềm và trong suốt có màng lọc chất liệu bằng PPK không dẹt và van thoát khí có thiết kế màng lọc dịch vô khuẩn. Bộ điều chỉnh lưu lượng dịch: Con linh hoạt, và khóa để dàng điều chỉnh số lượng giọt. Bộ điều chỉnh lưu lượng được sử dụng bằng nhựa PVC dùng trong y tế.	Bộ	16500

42	Dây truyền máu	Túi 1 bộ	Dây được làm bằng nhựa PVC, dài ≥ 160 cm, có kim truyền cỡ 18G. Tốc độ dòng chảy: 20 giọt/mL. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Bộ	30
43	Đè lưới gỗ	Hộp 100 cái	Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, sau đó mỗi que được đóng vào một túi lilong và được tiệt trùng bằng khí EO. Kích thước: 150mm x 20mm 2mm. Đạt tiêu chuẩn ISO	Cái	3000
44	Đĩa CD trắng kèm vỏ đựng Mica	Hộp 1 cái	Dung lượng tối đa: 700MB/80 phút Audio/ 80 phút Video. Tốc độ ghi 52x. Đĩa trắng kèm vỏ đựng Mica.	Cái	2300
45	Đĩa nhựa petri Phi 9	500 cái/thùng	Nhựa Ps trắng trong, đường kính 90mm. Chiều cao 15mm. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016* Phân loại A, có phiếu tiếp nhận của Sở Y tế, có phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất TTBYT	Cái	2000
46	Điện cực dán điện tim	Gói 30 miếng	Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. Đầu giác nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất. Miếng dán: Dạng Foam bên, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. Kích thước: hình tròn, đường kính 50mm.	Miếng	10500
47	Đồng hồ Oxy	Hộp 1 cái	<p>Áp lực đầu vào: 15 MPa</p> <p>Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa</p> <p>Van an toàn: 0,35 \pm 0,05 MPa</p> <p>Lưu lượng: 1-10 L / min, 1-15L / phút</p> <p>Nhiệt độ tối đa 121oC áp suất 0.142MPa</p> <p>Bình làm ấm:</p> <p>Bình chứa polyetylen có dung tích 150 ml/l</p>	Cái	3

48	Filter lọc vi khuẩn + lọc âm cho máy	Túi 1 cái	<p>Lọc 3 chức năng có công đo CO2 trẻ em, người lớn.* Nguyên liệu cao cấp không latex (latex free), không DEHP (DEHP free).* Thiết kế đặc biệt 3 lớp với 2 lớp lọc âm 2 bên tạo hiệu quả làm âm và giữ âm tối đa.* Lọc hiệu quả với vi rút có kích thước nhỏ hơn virus Corona,HIV, viêm gan C (0.027micron)>99,99%, vi khuẩn (0.3-0.6micron) >99,99%.* Trẻ em (6120): Trọng lượng 15g, khoảng chất 23ml, thể tích tidal 50-900ml.Trở kháng 1.5cmH2O ở dòng khí đi qua 20 lít/phút. Dòng âm trở lại 31.8mg/l tại thể tích 250ml. Co nói 15male/15female-22male(mm)* Người lớn (6020): Trọng lượng 34g, khoảng chất 75ml, thể tích tidal 150-1500ml. Trở kháng 2.3cmH2O ở dòng khí đi qua 60 lít/phút. Dòng âm ra 31.1mg/l đến 34.0mg/l. nhiệt độ 27.3 độ -32.2 độ . Co nói 15male-22female/15female-22male(mm)* Tiêu chuẩn ISO,CE</p>	Cái	1155
49	Gạc hút	Bao 1000 mét	<p>Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III.</p> <p>Kích thước: 1000 mx80 cm</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP.</p>	Mét	10000
50	Gạc meche đặt NKQ 3,5cm x 75cm x 6lớp	Gói 3 miếng	<p>Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiết trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP.</p>	Gói	250

51	Gạc meche mũi 0,75 x 100cm	1 cái/ gói	<p>Gạc meche mũi 0,75 x 100cm</p> <p>Sản xuất từ nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: 4,54%;</p> <p>Các chất tan trong nước: 0,01% Trọng lượng 25,4g/m2 Độ rộng 123,0 cm</p> <p>Mật độ sợi : ngang 8cm, dọc 10cm Đạt TCVN ISO 13485:2016/9001:2015</p>	Gói	800
52	Gạc meche mũi 1,5 x 100cm	1 cái/ gói	<p>Gạc meche mũi 1,5 x 100cm</p> <p>Sản xuất từ nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: 4,54%;</p> <p>Các chất tan trong nước: 0,01% Trọng lượng 25,4g/m2 Độ rộng 123,0 cm</p> <p>Mật độ sợi : ngang 8cm, dọc 10cm Đạt TCVN ISO 13485:2016/9001:2015</p>	Gói	2100
53	Gạc mỡ	50 cái/hộp	<p>Loại gạc lưới có tâm BP Paraffin, có chứa 0,5% Chlorhexidine Acetate BP giúp phòng và chống vi khuẩn Gram dương, Gram âm, MRSA...</p> <p>- Cho phép sử dụng kết hợp với các loại thuốc kháng sinh</p> <p>- Đóng gói từng cái riêng, tiệt trùng sẵn</p>	Hộp	5
54	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx8lớp	Gói 10 miếng	<p>Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.Kích thước: 10x10 cm x8 lớp- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP.</p>	Gói	7000

55	Gạc phẫu thuật 7x11x12cm	10 cái/ gói, 600 gói/ thùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước \leq 5 giây. Độ ngậm nước $>=$ 5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $<0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $>=80\%$ +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP; Chứng nhận CE	Gói	1100
56	Găng tay khám các số	Hộp 50 đôi	Làm từ cao su tự nhiên. Thiết kế và đặc tính: Sử dụng được cả hai tay (không phân biệt trái, phải), nhám đầu ngón tay, cổ tay cuộn. Với công nghệ sản xuất tiên tiến của Thái Lan, găng tay Sgloves không những bảo vệ tuyệt đối mà còn đem lại sự thoải mái tuyệt vời cho bản tay người sử dụng. Có đủ các size XS, S, M, XL. Hàm lượng bột \leq 2mg/gloves. Chiều dài trung bình: 240mmSức căng trước/sau già hóa:Thấp nhất 18/14 Mpa. Độ giãn dài giới hạn trước/sau già hóa (%) : Thấp nhất 650 /500%. Sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế: GMP, ASTM D3578, ISO9001, ISO13485	Đôi	174000
57	Găng tay phẫu thuật	Hộp 50 đôi	Chiều dài: Size 6; 6,5: \geq 280mm Size 7; 7,5và 8: \geq 280mm. - Chiều rộng: số 6.5 (83mm \pm 5), 7.0 (89mm \pm 5), 7.5 (95mm \pm 5, - Găng có phủ bột chống dính (thành phần chính là bột ngô biến tính, loại có thể được dịch cơ thể hấp thụ đạt tiêu chuẩn được điện Mỹ "USP"). - Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu latex (cao su tự nhiên) . - Tiêu chuẩn: TCVN 6344; ISO 10282 - Tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016	Đôi	13500
58	Găng tay thủ thuật	Hộp 50 đôi	Chiều dài: Size 6; 6,5: \geq 280mm Size 7; 7,5và 8: \geq 280mm. - Chiều rộng: số 6.5 (83mm \pm 5), 7.0 (89mm \pm 5), 7.5 (95mm \pm 5, - Găng có phủ bột chống dính (thành phần chính là bột ngô biến tính, loại có thể được dịch cơ thể hấp thụ đạt tiêu chuẩn được điện Mỹ "USP"). - Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu latex (cao su tự nhiên) . - Tiêu chuẩn: TCVN 6344; ISO 10282 - Tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016	Đôi	5700

VCS 33-33/11

59	Gel siêu âm	Can 5 lít	Tan trong nước, không có chất ăn mòn, không gây hồng đầu dò, không mùi không chứa chất bảo quản và không gây dị ứng. Độ PH $6.5 \pm 0, = .75$, tổng số sinh vật hiếu khí nhỏ hơn 10^2 (CFU/g hoặc CFU/ml). Gồm loại không màu và màu xanh. Thành phần Water, Carbomer, Glycerin, Sodium benzoate, coler,..).	Can	15
60	Giấy điện tim 1 cân	Hộp 10 cuộn	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng, máy điện tim Fukuda. Kích thước: 50mm x 30m	Cuộn	50
61	Giấy điện tim 3 cân	Hộp 10 cuộn	Kích thước: 63mm x 30m (dạng cuộn), kẻ sọc lưới: Cam, Đỏ	Cuộn	120
62	Giấy điện tim 6 cân	Túi 1 tập	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng, máy điện tim Fukuda. Kích thước 110mmx140mmx20m, loại có dòng kẻ : ECG OP- 222TE	Tập	100
63	Giấy đo chức năng hô hấp	Cuộn 3000cm	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng. Kích thước 58mm x 30m, tương thích để sử dụng trên máy in	Cuộn	10
64	Giấy đo loãng xương	Cuộn 3000cm	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng. Kích thước 58mm x 30m	Cuộn	5
65	Giấy đo nhĩ lượng	Túi 1 cuộn	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng, máy Interacoustic và Resonace. Kích thước 370x290x180 mm	Cuộn	10
66	Giấy in ảnh siêu âm 10 x 15cm	Hộp 108 tờ/ 3 khay mực	Kích Thước 10 x 15cm. Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng, máy in Canon	Hộp	30
67	Giấy in nhiệt	10 cuộn/hộp	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng. Giấy in nhiệt cỡ 5cm x 30m	Cuộn	20
68	Khẩu trang có dây tiệt trùng	Hộp 50 cái/ 1 cái /túi	Khẩu trang 3 lớp bao gồm 2 lớp vải không dệt không thấm nước: 100% Olefin hoặc Polypropylene, giấy lọc (lớp giữa), dây đeo may bằng vải không dệt, gọng nhựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 8389-1:2010	Cái	500
69	Khẩu trang y tế	Hộp 50 cái	Lọc bụi, lọc mùi, ngăn chặn bụi xâm nhập. Lọc khí độc hại và vi khuẩn.	Cái	28000

70	Kim bướm 23G	Túi 100 cái	Chỉ sử dụng kim chất lượng cao, kim được làm bằng chất liệu Crom và Niken có tráng silicon thân thiện với môi trường. Mũi kim sắc nhọn vát 3 cạnh giảm cảm giác đau. Có đầu khóa Luer. G25 Chiều dài kim 15 mm, đường kính kim 0.5 mm, tốc độ dòng chảy 4.0 ml/ phút. G23 Chiều dài kim 20 mm, đường kính kim 0.65 mm, tốc độ dòng chảy 11 ml/ phút- Thông số về dây dẫn: Dây dài 30cm được làm từ chất liệu PVC trong suốt nguyên sinh, mềm dẻo, đàn hồi cao không có chất DEHP, thân thiện với môi trường.- Màu sắc sản phẩm: Cán gập linh hoạt với nhiều màu đại diện cho các kích cỡ kim khác nhau, dễ dàng phân biệt.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO, không độc, không gây sốt.- Hạn sử dụng sản phẩm 5 năm kể từ ngày sản xuất.- Sản phẩm tiệt trùng 100%.- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001	Cái	10000
71	Kim châm cứu 10 cm	Hộp 100 cái, 10 cái/vì	Cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vỏ trùng.. 10 vì nhôm x 10 kim (lấy từng kim). Kích thước : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	20000
72	Kim châm cứu 5cm	Hộp 100 cái	Cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vỏ trùng.. 10 vì nhôm x 10 kim (lấy từng kim). Kích thước : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	200000
73	Kim chọc tủy sống	Túi 1 cái	Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm. Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuỗi kim . Lăng kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tủy chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tủy chảy ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.	Cái	60
74	Kim luồn số 20	Hộp 50 cái	Kim luồn tĩnh mạch có cánh và cửa bơm thuốc, có bốn vạch cân quang trong cannulyn, catheter chất liệu FEP-Teflon. Đầu kim 3 mặt vát (1 mặt vát trên, 2 mặt vát dưới), có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau, có mũi sắt bịt lại đầu kim khi đã sử dụng xong. Độ dài Trim Length < 1mm theo ISO 10555, đảm bảo lực tác động và giảm đau cho người bệnh. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485-2016, chứng nhận CE. Bảng sáng chế : 1-0016123 (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam)Size, Length/inch, Đường kính/mm, Tốc độ chảy (ml/min): (G22, 1, 0,9x25, 36; G20, 1 1/4, 1.1x33, 61; G18, 1 3/4, 1.3x45, 96; G24, 3/4, 0.7x19, 22)	Cái	1100

75	Kim luồn số 22	Hộp 50 cái	Kim luồn tĩnh mạch có cánh và cửa bơm thuốc, có bốn vạch cân quang trong cannulyn, catheter chất liệu FEP-Teflon. Đầu kim 3 mặt vát (1 mặt vát trên, 2 mặt vát dưới), có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau, có mũ sắt bịt lại đầu kim khi đã sử dụng xong. Độ dài Trim Length < 1mm theo ISO 10555, đảm bảo lực tác động và giảm đau cho người bệnh. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485-2016, chứng nhận CE. Bảng sáng chế : 1-0016123 (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam) Size, Length/inch, Đường kính/mm, Tốc độ chảy (ml/min): (G22, 1, 0,9x25, 36; G20, 1 1/4, 1.1x33, 61; G18, 1 3/4, 1.3x45, 96; G24, 3/4, 0.7x19, 22)	Cái	5800
76	Kim luồn số 24	Hộp 50 cái	Kim luồn tĩnh mạch an toàn trẻ em có cánh, không cửa- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau, có mũ sắt bịt lại đầu kim khi đã sử dụng xong- Có 4 đường cân quang ngầm - Màng kỹ nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền- Catheter chất liệu FEP-Teflon. Đầu kim 3 mặt vát (1 mặt vát trên, 2 mặt vát dưới), tốc độ chảy 22ml/phút,(Tốc độ chảy 1320 ml/giờ)- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, chứng nhận CE - ISO 10555- Bảng sáng chế : 1-0016123 (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam)- Chứng nhận 510 của FDASize, Length/inch, Đường kính/mm, Tốc độ chảy (ml/min): (G24, 3/4, 0.7x19, 22)	Cái	3300
77	Kim tiêm lấy thuốc số 18	Hộp 100 cái	Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, dùng được cho tất cả các loại bơm tiêm hoặc dùng để lấy máu, lấy thuốc. Khử trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP	Cái	40000
78	Lam kính	Hộp 72 lá	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt.	Hộp	20
79	Lamen	Hộp 100 cái	Lam kính (Slide) loại trơn và nhám, bo góc và không bo góc dùng cho kính hiển vi. Vật liệu thủy tinh: Soda - lime trắng, sạch và đánh bóng. Chất liệu kính soda vôi, kích thước 22*22mm. Không mốc, không xước. Khả năng thấm nước 100%, loại bỏ hiện tượng bong khí. Độ bám dính với mẫu cao.	Hộp	10
80	Lọ đựng mẫu	100 cái/ túi	* Lọ nhựa PS trắng trong, dung tích 50ml. Có nhãn màu trắng, nắp màu vàng, có thìa lấy mẫu phân bên trong. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Cái	300

81	Lưỡi dao mổ số 10	Hộp 100 cái	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiết trùng bằng tia Gamma. Đóng gói 1x100 cái/hộp.	Cái	200
82	Lưỡi dao mổ số 11	Hộp 100 cái	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiết trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp.	Cái	2200
83	Lưỡi dao mổ số 15	Hộp 100 cái	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiết trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp.	Cái	6500
84	Mặt nạ giúp thở	Túi 1 bộ	Chất liệu PVC, mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn theo tiêu chuẩn GB/T15812-1995. Mác thở oxy có túi được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95% - 100% với dòng chảy oxy là 5-8 l/min. Dòng mạt thở oxy được sản xuất phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn MDD93/42/EC và ISO 13485.	Bộ	50
85	Mặt nạ khí dung có dây dẫn và bầu đựng thuốc	Túi 1 bộ	Chất liệu PVC, mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn theo tiêu chuẩn GB/T15812-1995. Tốc độ / tỷ lệ phun sương không ít hơn 0.25ml/min. Kích cỡ hạt thuốc không nhỏ hơn 5 µm. Dòng Mark khí dung được sản xuất phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn MDD93/42/EEC và ISO 13485.	Bộ	60
86	Miếng cảm máu mũi (Merocel)	Hộp 10 miếng	Miếng cảm máu mũi. Chiều dài: 8cm; Độ dày: 1,5cm; Chiều cao: 2cm. Mô tả: loại chỉ nhỏ	Miếng	600
87	Mũ phẫu thuật chun nữ	Hộp 50 cái	Mũ giấy tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485	Cái	12000
88	Nhiệt kế 42	Hộp 1 cái	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. Dùng để đo nhiệt độ cơ thể	Cái	100
89	Nước cất 1 lần	Can 10 lít	Độ dẫn điện 2,08 µS/cm, độ pH 6,5, hàm lượng clorua Lod=0,1mg/l, Độ cứng LoD=5,0 mgCaCO3/l	Lít	1150
90	Nước cất vô khuẩn	Can 10 lít	Nước cất 2 lần	Lít	1500

91	Ống đo tốc độ lắng máu	Hộp 100 ống	Nắp cao su và thân bằng thủy tinh kích thước: 8 x 120mm- Hóa chất bên trong: Sodium Citrate 3.8%- Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính xác- Đóng gói: 100 ống/ khay- Sử dụng kim lấy máu chân không và ống giữ kim lấy máu để đưa vào ống	Ống	100
92	Ống Ependorf	1,000 cái/bịch	Nhựa PP y tế, trung tính không phản ứng với hóa chất. Thể tích 1,5ml, có vạch thể tích trên thành ống. Thành tron láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. Chịu được nhiệt độ lạnh đông và ly tâm theo tiêu chuẩn. Dùng lưu mẫu và vận chuyển mẫu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Ống	500
93	Ống nghiệm nhựa có Citrat có nắp	Ví 100 ống	* Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu.. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 * Có Phiếu Tiếp Nhận Phân Loại Trang Thiết Bị Y Tế	Ống	16800
94	Ống nghiệm nhựa có EDTA có nắp chặt	Ví 100 ống	* Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 * Có Phiếu Tiếp Nhận Phân Loại Trang Thiết Bị Y Tế	Ống	84000
95	Ống nghiệm nhựa có Heparin có nắp	Ví 100 ống	* Kích thước 12x75mm. Nắp màu đen. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu.. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 * Có Phiếu Tiếp Nhận Phân Loại Trang Thiết Bị Y Tế	Ống	60000
96	Ống nghiệm nhựa không chống đông	500 ống/ bịch	* Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong không nắp, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml* Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong.* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Ống	2000

97	Ống nội khí quản công miệng có bóng các số	Hộp 10 cái	Ống nội khí quản công miệng, vật liệu polyvinyl Chlorua (PVC) trong suốt. Hình dạng cong theo đường miệng. Đường cán quang màu xanh (Blue line) xác định chính xác vị trí đặt ống dưới X-quang. Có vạch chia độ để dàng để xác định vị trí ống. Lỗ dẫn lưu Murphy eye mềm mịn, trơn tru. Có nối tiêu chuẩn 15 mm. Sử dụng <30 ngày. Bóng Soft-seal áp lực thấp vật liệu PVC mịn mỏng giảm tổn thương nhưng bền chắc. Các số: 5.0 đến 9.0. Vô trùng ETO. Tiêu chuẩn ISO13485, CE.	Cái	200
98	Ống nội khí quản công miệng, mũi có bóng các số	Hộp 10 cái	Ống nội khí quản có bóng chất liệu PVC trong suốt nhạy nhiệt, phủ silicon tương thích sinh học, không Latex. Ống có vạch cán quang dày đậm, vạch chia rõ ràng, hình dạng cong về phía cằm/trán thích hợp đặt đường miệng/mũi. Bóng thể tích lớn áp lực thấp giảm tổn thương. Đánh dấu kích cỡ trên bóng. Các số: 3.0 đến 9.0. Tiêu chuẩn ISO, CE.	Cái	700
99	Ống nội khí quản công mũi có bóng các số	Hộp 10 cái	* Ống hình cong theo đường mũi, tương thích giải phẫu đường hô hấp trên. Nguyên liệu Ivory PVC, cán quang, vạch chia đậm, rõ ràng để xác định vị trí đặt ống. Sử dụng <30 ngày. Bóng Soft-seal làm bằng PVC nhưng mịn, thể tích lớn áp lực thấp an toàn, hạn chế tổn thương thành khí quản. Trên bóng có ID của ống nội khí quản. Thân trơn, đầu tù an toàn. Các số: 6.0 đến 8.0. Vô trùng ETO. Tiêu chuẩn ISO13485, CE.	Cái	200
100	Ống Reaction	1000 ống/ túi	Chất liệu nhựa y tế	Ống	20000
101	Ống thổi máy đo chức năng hô hấp	100 ống/ túi	Chất liệu bằng giấy kích thước chiều dài 7,5cm, đường kính 2,4cm	Cái	600
102	Ống thông dạ dày	Túi 1 cái	Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 1.250 mm. Một đầu ống dây gắn phễu có nắp đậy, một đầu được bo tròn không gây tổn thương cho bệnh nhân. Được tiệt trùng bằng khí E.O.	Cái	20
103	Ống thông khí dạng chữ T kích thước 1,14mm	5 cái/hộp	Chất liệu Firm Silicone. Đường kính ống 1.14mm	Cái	20
104	Ống thông khí hình nhĩ	10 cái/ Hộp	Ống thông khí tai đường kính 1,14mm VENT TUBE MV16101 10PK GROMMET 1.14 FLPL	Cái	100
105	Ống thông Nelaton	Túi 20 cái	Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Có các cỡ 12-24Fr.	Cái	2000

106	Paraphin (thường)	Túi 50 kg	Tinh khiết, chất lượng cao, dạng vảy, nhiệt độ nóng chảy ổn định 55-57oC, dùng trong quá trình xử lý mô và đúc khối mô.	Kg	300
107	Phim Xquang laser 20 x 25cm	Hộp 150 tờ	Phim khô Laser DI-HL hoặc tương đương cỡ 20x25 cm tương thích với máy in phim khô Drypix series Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE. Có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất tại Việt Nam	Hộp	230
108	Phim Xquang laser 25 x 30cm	Hộp 150 tờ	Phim khô Laser DI-HL hoặc tương đương cỡ 25x30 cm tương thích với máy in phim khô Drypix series. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE. Có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất tại Việt Nam	Hộp	90
109	Pipet 3ml	Túi 500 cái	Chất liệu nhựa y tế LDPE, mềm mại, cổ vạch chia từ 0.5ml. Chiều dài 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml.	Cái	800
110	Que cấy	Túi 360 cái	Que cấy 10µL (đã tiệt trùng). Chất liệu: nhựa HIPS chánh phẩm, chất liệu mềm dẻo dễ dàng lấy mẫu cấy vi sinh mà không ảnh hưởng đến môi trường cấy. Màu xanh. Đầu que cấy vi sinh tròn, không bavia, lý tưởng cho các quy trình cấy vi sinh, lấy mẫu đạt độ chính xác cao. Vô trùng bằng tia gamma	Cái	1500
111	Sáp xương cầm máu	12 miếng/ hộp	Sáp cầm máu xương HAEMOWAX là hỗn hợp của sáp ong, paraffin, isopropyl và hỗn hợp làm mềm sáp. Cầm máu tốt, hiệu quả, không hấp thụ, vô khuẩn bằng tia Gamma, trọng lượng 2.5g/ miếng. Hộp 12 miếng. Tiêu chuẩn ISO, CE	Miếng	60

112	Tấm bông cây	Túi 100 cái	Chiều liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác.	Cái	1500
113	Tay dao điện	Túi 1 cái	Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ phi 2,4 mm, lưỡi dao có thể tháo rời. Chiều dài điện cực (lưỡi dao) 70 mm; Chiều dài cáp 3 mét; Điều khiển tay dao bằng 2 nút bấm: cắt và đốt; Chiều dài tay cầm 155 mm. Có 3 chân cắm tròn phi 3x4 mm.	Cái	460
114	Túi ép dẹt tiệt trùng kích thước 10cmx200m	KT 10cmx200m	Gồm 2 lớp: Mặt trên: Giấy y tế: trọng lượng 65gsm; Mặt dưới: Tấm film xanh trong suốt : Độ dày : 55um (được làm bằng 12um PET + 40um CPP, không rách CPP) - Túi dùng để đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng hơi nước, khí EO, Formandehyde và có chỉ thị kèm theo - Dễ dàng hàn túi, tương thích với mọi loại máy hàn túi - Tuân thủ theo thiết kế ISO 11140-1	Cuộn	5
115	Túi ép dẹt tiệt trùng kích thước 20cmx200m	KT 20cmx200m	Gồm 2 lớp: Mặt trên: Giấy y tế : trọng lượng 65gsm; Mặt dưới: Tấm film xanh trong suốt : Độ dày : 55um (được làm bằng 12um PET + 40um CPP, không rách CPP) - Túi dùng để đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng hơi nước, khí EO, Formandehyde và có chỉ thị kèm theo - Dễ dàng hàn túi, tương thích với mọi loại máy hàn túi - Tuân thủ theo thiết kế ISO 11140-1	Cuộn	5
116	Túi ép dẹt tiệt trùng kích thước 30cmx200m	KT 30cmx200m	Gồm 2 lớp: Mặt trên: Giấy y tế: trọng lượng 65gsm; Mặt dưới: Tấm film xanh trong suốt : Độ dày: 55um (được làm bằng 12um PET + 40um CPP, không rách CPP) - Túi dùng để đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng hơi nước, khí EO, Formandehyde và có chỉ thị kèm theo - Dễ dàng hàn túi, tương thích với mọi loại máy hàn túi - Tuân thủ theo thiết kế ISO 11140-1	Cuộn	5
117	Túi nilon bọc camera phẫu thuật	1bộ/gói	Túi nylon 9x14cm có dây bằng cotton, ống nylon 18x230cm có dây buộc 2mm	Bộ	100

118	Vật liệu cầm máu (Spongostan)	Hộp 20 miếng	Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bột xốp màu trắng tiết trùng, không tan 7x5x1cm	Miếng	260
119	Vật liệu cầm máu Surgicel 10 x 20cm	Hộp 12 miếng	Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20cm, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu chuẩn CE	Miếng	204
120	Vật liệu cầm máu Surgicel 5 x 7,5cm	Hộp 24 miếng	Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 5 x 7,5cm	Miếng	192
121	Vôi soda dùng cho máy gây mê kèm thờ	Can 4,5kg	Can 4,5 kg. Chứa Sodium Hydroxide /vô trùng y tế. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	Can	12