

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ
VIỆT NAM - CU BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 95 /VNCFB-VTTBYT
V/v mời chào giá trang thiết bị
y tế năm 2024

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng cấu hình thông số kỹ thuật, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: Ks. Lê Văn Hải Điện thoại: 024. 39393258
- Địa chỉ email: phongvttbytvncb@gmail.com
- Chức vụ: PT. Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

- ### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

Địa chỉ: số 37 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h ngày 21 tháng 03 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- ### 1. Danh mục như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
-----	----------	---	---------------------	-------------

		thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật		
1	Tủ bảo quản sinh phẩm (Vắc xin)	<i>Theo danh mục phụ lục chi tiết đính kèm</i>	01	chiếc
2	Tủ bảo hóa chất (Tủ bảo quản Vắc xin chuyên dụng)	<i>Theo danh mục phụ lục chi tiết đính kèm</i>	02	chiếc
3	Hòm lạnh bảo quản vắc xin	<i>Theo danh mục phụ lục chi tiết đính kèm</i>	02	chiếc

(Ghi chú: Trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Giá: Trang thiết bị y tế phải bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao tại nơi sử dụng).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba.

- Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày ký.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán (nếu có).

5. Các thông tin khác (nếu có): Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt; bảo quản thiết bị; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác

- Các đơn vị chào giá theo mẫu đính kèm (với những báo giá nào ko đúng biểu mẫu sẽ bị loại)

- Các đơn vị phải cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu đã cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT,VTTBYT



Cao Đức Chính

Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện Hữu
nghị Việt Nam- Cu Ba)

TT	Thiết bị và thông số kỹ thuật
1	Tủ bảo quản hóa chất (Tủ bảo quản Vắc xin chuyên dụng) Số lượng 02 chiếc
I	Yêu cầu chung Hàng hóa mới 100% Năm sản xuất 2023 trở đi Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện: 220V-240V; 50Hz -60Hz
II	Cấu hình: Tổng dung tích ≥ 260 L Kích thước trong (W*D*H) : Khoảng 1359x366x560(mm) Kích thước ngoài (W*D*H) : Khoảng 1647x717x940(mm) Kích thước đóng gói (W*D*H) : Khoảng 1720x770x1080(mm) Tủ được trang bị khóa an toàn, tránh sự truy cập trái phép.Bề mặt tủ sử dụng thép không gỉ (hoặc tương đương) Đèn báo để hiển thị chạy hoặc dừng máy nén. Trình ghi dữ liệu nhiệt độ độc lập, theo dõi, ghi lại và quản lý. Kiểu: Tủ bảo quản dạng nằm Chế độ giã đông : Tự động Độ ồn khi sử dụng: <40dB Hoạt động từ 2-8 oC Màn hình hiển thị nhiệt độ Led hoặc tương đương Thời gian bảo quản vacxin khi mất điện: ≥ 40 giờ Tính năng an toàn: - Cảnh báo lỗi nguồn - mất điện - Cảnh báo lỗi sensor Cảnh báo nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp Bộ ghi dữ liệu : Có
2	Tủ bảo quản sinh phẩm (Vắc xin) : 01 chiếc Số lượng : 01 chiếc
I	Yêu cầu chung Hàng hóa mới 100% Năm sản xuất 2023 trở đi Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện: 220V-240V; 50Hz -60Hz
II	Cấu hình: Thể tích: ≥ 380 Lít Kích thước trong (W*D*H): khoảng 530x555x1380(mm) Kích thước ngoài (W*D*H): khoảng 665x710x1965(mm) Kích thước đóng gói (W*D*H): khoảng 690x790x2110(mm)

	Tính năng : Tủ bảo quản thuốc, sinh phẩm, dược phẩm, và các mẫu sinh học. nhiệt độ hoạt động ổn định Từ 2 đến 8°C
	Kiểu: Tủ mát dạng đứng
	Khay để mẫu ≥ 7 khay Tủ có thể điều chỉnh khay linh động để phù hợp với kích thước thuốc, dược phẩm, sinh phẩm để bên trong, hiệu quả sử dụng cao
	Có đèn trong buồng mát giúp dễ dàng quan sát, lấy mẫu
	Cửa kính trong suốt, dễ quan sát
	Độ ồn ≤ 43 dB
	Màn hình hiển thị nhiệt độ : LED hoặc tương đương
	Chức năng cảnh báo khi <ul style="list-style-type: none"> - Lỗi nguồn - Báo động từ xa - Khi nhiệt độ quá ngưỡng - Lỗi sensor - Cửa mở
3	Hòm lạnh bảo quản vắc xin
	Số lượng: 02 chiếc
I	Yêu cầu chung
	Hàng hóa mới 100%
	Năm sản xuất 2023 trở đi
II	Cấu hình
	<ul style="list-style-type: none"> – Dung tích: ≥ 20 lít. – Kích thước trong (rộng x sâu x cao): khoảng 375 * 215 * 250 mm. – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): khoảng 440 * 270 * 310 mm. – Duy trì nhiệt độ từ 2°C đến 8°C trong vòng 24 giờ ở điều kiện môi trường 30°C.

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba, chúng tôi

.... [ghi tên, địa chỉ của hàng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hàng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hàng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Hàng

....., ngày tháng năm

**Đại diện hợp pháp của hàng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))**

Ghi chú:

- (1) Hàng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hàng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hàng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hàng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hàng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.