

**SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ
VIỆT NAM- CU BA**

V/v mời chào giá vật tư tiêu
hao

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: KS Võ Hoàng Nam Điện thoại: 024. 39393258
 - Địa chỉ email: phongvttbytvncb@gmail.com
 - Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:...

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

Địa chỉ: số 37 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 16 tháng 04 năm 2024 đến trước 08h ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục như sau: *(chi tiết phụ lục đính kèm).*
- Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba.
 - Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày kể từ ngày ký.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tạm ứng: không



PHỤ LỤC CHI TIẾT

Đính kèm theo mời chào giá ngày 16 tháng 04 năm 2024 của Bệnh viện Hữu nghị
Việt Nam - Cu Ba

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số Lượng
<u>1</u>	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng	<u>20</u>	<u>bộ</u>
	Thông số kỹ thuật Kim dẫn V, Guide-Wire dẫn đường với đầu J mềm dẻo, kim nong da, kẹp khâu cố định catheter, catheter 2 nòng với đường kính ngoài 7F, nòng gần 16G, nòng xa 16G: Nguyên liệu Certon (polyurethane, PUR) mềm dẻo tương hợp với cơ thể, vách trong của Catheter có đường cản quang ngấm giúp nhìn rõ dưới X Quang, đánh dấu độ dài trên thân catheter giúp xác định vị trí luồn catheter, khóa nối Luer – Lock với van an toàn.		

